

การวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยคลื่นเสียง Phonocardiography

ชื่อผู้วิจัย/หน่วยงาน

ผ.ศ.น.พ.สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ผ.ศ.ดร.กิตติพัฒน์ ต้นตระกูลรุ่งโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ร.ศ.น.วิฑูรย์ ลีลามานิตย์ ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดย่อ

แม้เทคโนโลยีทางการแพทย์จะเจริญก้าวหน้าไปเท่าใด เครื่องฟังเสียงหัวใจก็ยังคงเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับแพทย์ผู้รักษาโรคหัวใจ การวินิจฉัยโรคหัวใจโดยวิธีฟังเสียงการเต้นของหัวใจด้วยเครื่องฟังเสียงหัวใจต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ของแพทย์เป็นสำคัญ แพทย์ที่สามารถวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยวิธีนี้ได้แม้ว่าจะต้องหมั่นฝึกฝนเพื่อลดโอกาสที่จะวินิจฉัยผิดพลาดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้ วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อจัดสร้างเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยคลื่นเสียง ซึ่งเป็นวิธีใหม่และเป็นนวัตกรรม เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยคลื่นเสียงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบันทึกเสียงการเต้นของหัวใจและแปลผลเสียงของหัวใจออกมา ในแบบรูปคลื่น (Waveform) ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อแพทย์ที่จะใช้ในการวินิจฉัยโรคและสามารถจะเก็บประวัติการตรวจรักษา อีกด้วย การดำเนินการของโครงการในปีที่ 1 (จากระยะเวลาทั้งหมด 3 ปี) ได้ต้นแบบของชุดตรวจเบื้องต้น ที่ประกอบด้วย หัวตรวจเสียงหัวใจด้วยไมโครโฟนสำหรับการเก็บตัวอย่างเสียงหัวใจจากผู้ป่วยและอาสาสมัครปกติ ชุดวงจรขยายสัญญาณ (Pre-amplifier Circuit Box) และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาด้วยโปรแกรม Delphi สำหรับวิเคราะห์รูปคลื่นของเสียงหัวใจในขั้นตอน เวลาและความถี่ของเสียง โดยซอฟต์แวร์นี้ไม่ยึดติดกับฮาร์ดแวร์ และโปรแกรมสามารถจะปรับจูนค่าต่างๆได้ เมื่อสิ้นสุดปีที่ 3 ของการวิจัย โครงการจะได้ต้นแบบเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยคลื่นเสียงที่ง่ายต่อการใช้งาน ประโยชน์ของเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยคลื่นเสียงจะช่วยเหลือแพทย์ในการวินิจฉัยโรคหัวใจ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ขาดแคลนแพทย์โรคหัวใจ และมีสามารถใช้เป็นระบบปรึกษาทางไกล (Telemedicine) นอกจากนี้ การวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยคลื่นเสียงต้นแบบยังมีศักยภาพที่จะนำไปจดสิทธิบัตรและผลิตเชิงพาณิชย์อีกด้วย

บทนำ


การตรวจการทำงานของหัวใจทั้งในอดีตและปัจจุบันเริ่มต้นที่แพทย์ใช้เครื่องมือหูฟัง (Stethoscope) ฟังเสียงการทำงานของหัวใจ เสียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานของหัวใจที่ปกติเกิดจากการปิดเปิดของลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจส่วนบน (Atrium) และหัวใจส่วนล่าง (Ventricle) ของหัวใจซึ่งขวา ซึ่งเรียกว่า Tricuspid Valve และของหัวใจซ้าย ซึ่งเรียกว่า Mitral Valve นอกจากนี้เสียงหัวใจยังเกิดจากการปิดเปิดของลิ้น Aortic Valve ที่กั้นระหว่างหัวใจซ้ายล่างและหลอดเลือดใหญ่ Aorta เมื่อลิ้นหัวใจเหล่านี้ทำงานผิดปกติ เช่น ลิ้นหัวใจตีบ ลิ้นหัวใจรั่ว จะทำให้เกิดเสียงผิดปกติที่สามารถได้ยินด้วยหูฟัง นอกจากนี้ยังมีโรคหัวใจอีกหลายชนิดที่สามารถให้การวินิจฉัยเบื้องต้นด้วยการใช้เครื่องมือหูฟัง เช่น Atrial Septal Defect, Ventricular Septal Defect ดังนั้นการตรวจโรคหัวใจจึงต้องสอนการตรวจด้วยเครื่องมือหูฟัง (Auscultation) ซึ่งว่าผู้เรียนจะเข้าใจและสามารถให้การวินิจฉัยได้ถูกต้อง จะต้องมีอาศัยทักษะและประสบการณ์อย่างมาก อีกทั้งตัวแพทย์เองต้องหมั่นฝึกปฏิบัติเป็นประจำ จึงจะมีความชำนาญไม่หลงลืม ปัจจุบันการที่จะฝึกอบรมแพทย์โรคหัวใจ 1 คนจะต้องใช้เวลา 3-5 ปี สถานที่ให้การฝึกอบรมที่มีจำนวนจำกัด ทำให้ขาดแคลนแพทย์โรคหัวใจ หากสามารถบันทึกเสียงการทำงานของหัวใจ แล้วแปลงสัญญาณเป็นดิจิทัล จากนั้นจึงวิเคราะห์สัญญาณเสียงเพื่อหาลักษณะเฉพาะของเสียงที่เกิดจากการทำงานของลิ้นหัวใจปกติ หลังจากนั้นจึงบันทึกเสียงการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติในผู้ป่วยโรคหัวใจชนิดต่างๆ แล้ววิเคราะห์สัญญาณเสียงเพื่อหาลักษณะเฉพาะของเสียงที่ผิดปกติ ซึ่งแตกต่างจากลักษณะเฉพาะของเสียงที่เกิดจากการทำงานของลิ้นหัวใจปกติ จะทำให้สามารถพัฒนาเป็นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยคลื่นเสียง Phonocardiography ซึ่งเป็นนวัตกรรมและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยแพทย์ทั่วไปในการตรวจคัดกรองโรคหัวใจ (Screening Test) และมีสามารถพัฒนาเพื่อให้อาสาสมัครสามารถช่วยตรวจคัดกรองทางระบบโทรศัพท์เพื่อปรึกษา เป็นการพัฒนากิจการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และมีความเป็นไปได้สูงมากในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในชีวิตประจำวันและการแข่งขันพาณิชย์ จึงมีความเหมาะสมในการศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดสร้างเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยคลื่นเสียง
2. เพื่อศึกษาชีววิทยาของหัวใจ
3. เพื่อศึกษาคำคมผิดปกติกของการทำงานของหัวใจ
4. เพื่อหาคำมาตรฐานปกติในอาสาสมัครและคำผิดปกติในผู้ป่วยด้วยวิธีการตรวจวินิจฉัยวิธีใหม่
5. เพื่อเปรียบเทียบวิธีการตรวจวินิจฉัยวิธีใหม่ที่ใช้ในการศึกษากับวิธีเดิมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
6. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
7. เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระเบียบวิธีวิจัย


เพื่อศึกษาลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของสัญญาณเสียงหัวใจในอาสาสมัครปกติ เปรียบเทียบกับลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของสัญญาณเสียงหัวใจในผู้ป่วยจำนวน 10 ราย ที่มีความผิดปกติของการทำงานของหัวใจและสามารถวินิจฉัยได้ด้วยเครื่องฟังเสียงหัวใจ เพื่อทำการพัฒนาหัวตรวจ ร่วมกับแยกยึดติดบริเวณหน้าอกผู้ป่วยที่ง่ายต่อการใช้งาน และไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก พัฒนากล่อง Pre-amplifier และ Analog Filter ที่ใช้ในการศึกษาให้กะทัดรัด ง่ายต่อการใช้งาน และไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก พัฒนาโปรแกรม Display Wave Version 3 และ 4 ที่ง่ายต่อการใช้งาน เก็บข้อมูลเสียงหัวใจจากหลายจุด จากบริเวณหน้าอกผู้ป่วยในเวลาเดียวกัน ร่วมกับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) สามารถวิเคราะห์ระยะห่างของเสียง ความถี่ของเสียงหัวใจ อันมีลักษณะเฉพาะในแต่ละเสียง และแตกต่างกัน ในโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งสามารถนำมาช่วยในการวินิจฉัยโรคได้




รูปที่ 1 รูปแบบเครื่องมือที่ต้องการพัฒนาขึ้น



รูปที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบที่ได้พัฒนาขึ้นตามรูปแบบที่ได้อ้างไว้



รูปที่ 3 ตัวอย่างสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟฟ้า ECG ที่บันทึกได้



รูปที่ 4 ตัวอย่างการวิเคราะห์เชิงความถี่ โดยใช้วิธีการ matching pusesits

สรุป

ได้ทำการพัฒนาเครื่องต้นแบบซึ่งประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เครื่องต้นแบบชุดท้ายสุดสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้วดังนี้

ด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยวงจขยายสัญญาณเสียงพร้อมไมโครโฟนจำนวน 8 ชุด วงจขยายกำลังสัญญาณเสียงเพื่อขับลำโพงขนาด 8 โอห์ม 1 ชุด เพื่อใช้ฟังเสียงต้นหัวใจ โดยมีสวิทช์เลือกว่าจะฟังสัญญาณจากวงจขยายสัญญาณตัวใดก็ได้ นอกจากนี้ยังมีวงจขยายสัญญาณ ECG พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ที่แยกการวัดจากระบบขับหลายของระบบทั้งหมด สัญญาณที่ได้จากวงจขยายทั้งหมด 9 ชุดถูกส่งไปยังวงจร A/D อีก 9 ชุด สามารถแอมป์ปลิงสัญญาณทั้ง 9 ได้พร้อมๆ กัน สัญญาณดิจิทัลที่ได้ทั้งหมดถูกควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อคัดกรองส่งให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตขนานในโหมด EPP

ด้านซอฟต์แวร์จะมีส่วนที่ทำการติดต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ของระบบฮาร์ดแวร์ เพื่อรับเข้าสัญญาณดิจิทัลของเสียงทั้ง 8 และของสัญญาณ ECG เข้ามาเก็บลงในไฟล์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเขียนแบบฟอร์เมต .wav พร้อมกันนี้ยังมีส่วนของโปรแกรมเรียกอ่านไฟล์ข้อมูลที่ได้มาเพื่อคัดกราฟแสดงออกทางจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถเลือกดูสัญญาณส่วนไหนของไฟล์ข้อมูลได้ทั้งหมด เปลี่ยนสเกลของการไฟได้ ทั้งยังสามารถเลือกส่วนไหนของข้อมูลไปทางที่ประกอบเชิงความถี่ของสัญญาณได้โดยการคำนวณใช้แบบวิธี FFT พร้อมกับแสดงกราฟในโดเมนความถี่ได้

เอกสารอ้างอิง

1. Pelech AN. The cardiac murmur. Ped Clin North Am 1998; 45:1114.
2. Physical examination. In Athreya BH, Silverman BK, eds. Pediatric Physical Diagnosis. Appleton-Century-Crofts, Norwalk 1985: 137.
3. Haewey WP. Cardiac Pearls Cedar Grove, NJ. Laennec Publishing Inc. 1993.
4. Ronan JA. Cardiac auscultation: the third and fourth heart sounds. Heart disease and stroke. 1992;1:268-269.
5. O'Rourke RA. Cardiac auscultation: a cost-effective diagnostic skill. Curr Probl Cardiol 1995;20 (7): 503.

โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา จาก
 ฝ่ายศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D)
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 โทรสาร 02-564-6900 ต่อ 2501-10 โทรสาร 02-564-6901-2

http://www.nectec.or.th/